

2月12日(土)

ポスター会場 15:30~16:30 ポスターセッション

1階 リード関連

〔座長〕 山田 貴之 医誠会病院循環器内科

P1. 冠静脈解離後に左室リードを留置できたCRTD植込み症例

岐阜県立多治見病院循環器内科 ○矢島 和裕, 堀部 秀樹, 前川 博信,  
森 賢人, 小野 和臣, 蜂矢 健太,  
河宮 俊樹, 稲垣 尚彦, 森本 康嗣,  
日比野 剛, 横井 清,  
岐阜県立多治見病院心臓血管外科 中山 智尋, 松山 克彦

P2. 皮膚壊死によるICD感染に対し、外科的リード抜去および心外膜パッチリードを用いた1例

総合南東北病院循環器内科 ○永沼和香子, 川村 敬一, 大杉 拓,  
武藤 満, 小野 正博  
総合南東北病院心臓血管外科 高野 隆志, 緑川 博文, 菅野 恵

P3. 除細動機能付き両心室ペースメーカーのリード感染に対して、外科的にデバイス抜去を行い同日心筋電極を用いて両心室ペースメーカーの植込みを行った1例

名古屋第二赤十字病院循環器センター循環器内科 ○立松 康, 安藤萌名美, 竹中 真規,  
奥山龍之介, 前田真勇輔, 古澤 健司,  
森田 純生, 金村 則良, 吉田 路加,  
七里 守, 吉田 幸彦, 平山 治雄  
名古屋第二赤十字病院循環器センター心臓血管外科 藤井 恵, 加藤 互, 高味 良行,  
田嶋 一喜

P4. ICD植込み翌日にリードの心室穿孔を来した1例

青梅市立総合病院循環器科 ○鈴木 紅, 金地 嘉久, 高木 崇光,  
木田 夏子, 稲村 幸洋, 鈴木 麻美,  
栗原 顕, 小野 裕一, 清水 茂雄,  
大友建一郎  
東京医科歯科大学医学部付属病院循環器内科 磯部 光章

P5. 術後4日目に埋め込み型除細動器リード穿孔をきたした1例

兵庫医科大学病院循環器内科 ○濱岡 守, 峰 隆直, 小谷 健,  
川端 正明, 増山 理  
兵庫医科大学病院冠動脈疾患集中治療部 大柳 光正

P6. 永久ペースメーカーの心室リードが遠隔期に心室穿孔を来した1症例

大阪労災病院循環器内科 ○正木 豪, 西野 雅巳, 岡本 直高,  
田中 彰博, 菊池 篤志, 森 直己,  
中村 大輔, 李 泰治, 吉村 貴裕,  
谷池 正行, 牧野 信彦, 加藤 弘康,  
江神 康之, 習田 龍, 田内 潤,  
山田 義夫  
大阪労災病院救急部 森田 久樹

2月12日(土)

ポスター会場 16:30~17:30 ポスターセッション

1階 患者管理/遠隔モニター

〔座長〕高月 誠司 慶應義塾大学医学部心血管炎症学

P7. ペースメーカー自動測定機能の信頼性と有用性

岡村記念病院循環器科 ○八尾 武憲, 北川 直孝, 松本 祐一  
岡村記念病院ME科 杉山 弘一, 飯塚 宏, 水口 紀隆

P8. Home Monitoringにて早期検出し, 対処しえた1例

聖隷浜松病院臨床工学科 ○神谷 典男, 広瀬 徳勝, 田中 良樹,  
増井 浩史, 村松明日香, 大澤真智子,  
北本 憲永  
聖隷浜松病院循環器科 杉浦 亮, 二川 圭介, 岡 俊明

P9. Home Monitoring SystemにてElectrical stormを確認し, 対応したCRT-D患者の1例

明石市医師会立明石医療センター循環器科 ○足立 和正, 平山 恭孝, 松浦 岳司,  
黒田 優, 中西 智之, 松浦 啓,  
河田 正仁, 坂本 丞

P10. リモートモニタリングシステムの活用により頻脈誘発性心不全が回避できた拡張相肥大型心筋症の1例

桜橋渡辺病院心臓・血管センター循環器内科 ○豊島 優子, 井上 耕一, 木村 竜介,  
伊東 範尚, 増田 正晴, 岩倉 克臣,  
藤井 謙司

P11. 遠隔モニタリングシステムにおけるoptivol機能のモニターが心不全の早期発見に有効であった1例

榊原記念病院循環器内科 ○山下 光美, 井上 完起, 谷崎 剛平,  
梅村 純

P12. 地域医療でのpacemaker患者のCare link systemの有用性について

済生会江津総合病院看護部 ○船津由美子  
済生会江津総合病院臨床検査科 吉田 信子  
済生会江津総合病院循環器内科 前田 篤慶, 梅野 哲弘, 中澤 芳夫

2月12日(土)

ポスター会場

17:30~18:30 ポスターセッション

1階

電磁干渉/その他

〔座長〕 中野由紀子 広島大学病院第一内科

P13. ペースメーカー使用停止，交換不要の診断の後，電池交換術を再検討した1例  
 仙台循環器病センター臨床工学科 ○早坂 啓，前田 寿，鈴木 信司

P14. CRT-D 交換後に鳴ったアラームの原因検索に難渋した拡張型心筋症の1例  
 福岡和白病院循環器内科 ○野口 博生，小此木太一，仲村 圭太，  
 柳田 葉子，大塚 頼隆，比嘉 徹，  
 斉藤 太郎

P15. ペースメーカー植込み手術時に電磁干渉による誤作動を認めた2症例  
 福山市民病院臨床工学科 ○吉岡 和昭，杉原 弘章，渡辺 一貴，  
 川合 智子，市川 敦将，山根 薫，  
 井上 堅司  
 福山市民病院循環器内科 渡邊 敦之，橋本 克史，和田 匡史，  
 小出 祐嗣，池田 昌絵，戸田 洋伸，  
 寺坂 律子，中濱 一

P16. 電気風呂の隣の浴槽で電磁干渉によるICD不適切作動が生じた1例  
 大阪府立急性期・総合医療センター心臓内科 ○奥山 裕司，川崎真佐登，古川 善郎，  
 田中 耕史，森田 孝，岩崎 祐介，  
 上田 宏達，岡田 健志，蔵本 勇希，  
 藤本 忠男，内藤 尚，山田 貴久，  
 福並 正剛  
 大阪府立急性期・総合医療センター 木田 博太  
 医療技術部臨床工学技士科

P17. ジェネレーター交換の際リード絶縁体部分の切断を要した1例  
 松本協立病院ME科 ○上野 和正，安部 絵美，塚田 淳史，  
 大久保佑樹，小林 浩  
 松本協立病院循環器センター 小池 直樹，阿部 秀年，鈴木 順，  
 上小澤 護

P18. ペースメーカー電池交換時，ジェネレータからのリード取り外しに難渋した1例

十字会野島病院内科 ○宮崎 聡

日本医科大学多摩永山病院内科・循環器内科 井川 修

2月13日(日)

ポスター会場

15:30~16:30 ポスターセッション

1階

ICD関連

〔座長〕 宮内 靖史 日本医科大学第一内科

## P19. 刺激伝導障害および心房中隔欠損を合併したBrugada症候群の1例

東京大学大学院医学系研究科循環器内科 ○杉山 裕章, 今井 靖, 藤生 克仁,  
鈴木 健樹, 小島 敏弥, 永井 良三  
東京大学医学部附属病院医療機器管理部 横田 順, 村澤 孝秀, 長谷川菜美,  
宮崎 進

## P20. 当院における心アミロイドーシスに対するICD植込み

福島県立医科大学医学部循環器・血液内科学講座 ○神山 美之, 鈴木 均, 山田 慎哉,  
上岡 正志, 竹石 恭知

## P21. 慢性房室ブロックにQT延長を伴いTorsades de pointesを来した1例：ペースメーカー、ICDの選択をいかにすべきか？

東京厚生年金病院循環器内科 ○大道 近也, 藤井 大輔, 澤田 朋和,  
檜崎 容史, 綾部 征司

## P22. 上室性頻拍に対し心室頻拍との識別機能が無効とされATP治療が作動した1例

富山県立中央病院医療技術部臨床工学科 ○中島 智史, 石丸 昇, 亀井 亮,  
山口 雄太, 米田 一貴, 上山 文雄,  
小杉 浩一  
富山県立中央病院内科 (循環器) 永田 義毅, 白田 和生

## P23. ICD埋込後の設定に難渋した1例

北海道社会保険病院ME部 ○多羽田雅樹, 前 祥太, 山際 誠一,  
原田 祐輔, 奥田 正穂, 平田 和也,  
寺島 齊  
北海道社会保険病院心臓血管センター心臓内科 石丸 伸司, 五十嵐慶一

P24. ポケット内での屈曲 (kinking) が原因でICDリード被膜損傷・断線をきたしたと考えられたICD不適切作動の1症例

福山市民病院循環器内科 ○和田 匡史, 渡邊 敦之, 小出 祐嗣,  
池田 昌絵, 戸田 洋伸, 橋本 克史,  
寺坂 律子, 中濱 一  
福山市民病院臨床工学科 井上 堅司, 山根 薫, 吉岡 和昭,  
市川 敦将, 川合 智子, 渡辺 一貴,  
杉原 弘章

2月13日(日)

ポスター会場

16:30~17:30 ポスターセッション

1階

問題症例

〔座長〕大友建一郎 青梅市立総合病院循環器科

P25. 植込み7年後に閾値の著明な日内変動が出現したために心室ペーシング不全となったCapture management適用例

厚生連新潟医療センター循環器内科 ○杉浦 広隆, 阿部 暁, 樋口浩太郎,  
大塚 英明

P26. 大腿静脈アプローチにてVVIペースメーカー植込みを施行した完全房室ブロックの1例

袋井市立袋井市民病院循環器内科 ○大口 志央, 森川 修司, 進士 和也,  
伊藤 竜太  
袋井市立袋井市民病院外科 諸藤 教影

P27. 両側乳癌切除術と鎖骨上頰へのペースメーカー留置部位変更術を一期的に施行した症例

虎の門病院循環器センター内科 ○伊藤 幸子, 三谷 治夫, 井守 洋一,  
伊藤 正道, 山口 徹雄, 石村理英子,  
森谷 学, 藤本 陽, 藤本 肇,  
石綿 清雄, 大野 実

P28. DDDからDDDRモードへの変更後に心室期外収縮の著明な減少を認めたCRT-Dの1例

国立循環器病研究センター心臓血管内科 ○中島育太郎, 野田 崇, 横山 光樹,  
牧元 久樹, 土井 淳史, 山田 優子,  
岡村 英夫, 里見 和浩, 相庭 武司,  
清水 渉, 相原 直彦, 鎌倉 史郎

P29. ペースメーカー植込み後7ヵ月目にペースメーカー感染を起こしたが、保存的加療で治癒し得た1例

秋田大学大学院医学系研究科循環器内科学分野 ○小熊 康教, 小山 崇, 高橋洋一郎,  
木曾 博典, 渡邊 博之, 伊藤 宏

P30. ペースメーカー留置より1年経過後にリード被膜損傷が発見された1例

大阪厚生年金病院臨床工学室 ○今西あさ美, 松本 景史, 久保 博,  
勝賀瀬 朗, 三沼 英彦, 高木 敦史,  
宇野 真一, 與古光 猛  
大阪厚生年金病院循環器内科 三好 美和, 長谷川新治